

DESTINATAIRES : Clients du Centre d'acquisitions gouvernementales

EXPÉDITEUR : Patrick Baillargeon, directeur des acquisitions de fournitures de laboratoire et d'imagerie médicale

DATE : Le 30 mars 2021

OBJET : Clarifications sur les modèles de masques médicaux

À la suite de l'envoi de l'avis à la clientèle du 26 mars 2021 concernant les masques SNN200642 non conformes, plusieurs clients nous ont contactés afin de pouvoir bien identifier les masques qu'ils ont en leur possession, et ainsi déterminer s'ils peuvent continuer à les utiliser.

À cet égard, nous vous transmettons le présent aide-mémoire.

Masques conformes pouvant être utilisés

➤ Masques T1001



Comme indiqué à l'avis à la clientèle du 22 février 2021, bien que l'emballage réfère à la norme YY/T 0469, ces masques ont été testés par des laboratoires indépendants et sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 2.


Ces masques sont donc appropriés pour les situations où un masque ASTM de niveau 1 ou 2 serait nécessaire, et cette information a été validée avec la CNESST. Par ailleurs, l'avis à la clientèle du 24 mars 2021 contenait en français les indications se retrouvant sur l'emballage.

➤ Masques DisTech 2215



Ces masques sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 1.

➤ Masques MaskPro 1000



Ces masques sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 1

Masques à ne pas utiliser

➤ Masques SNN200642



Tel qu'indiqué à l'avis à la clientèle du 26 mars 2021, Santé Canada a émis la recommandation suivante : « Pour le moment, Santé Canada recommande de cesser l'achat et l'utilisation de masques faciaux contenant du graphène nanoformé ». Cette recommandation s'applique pour tous les lots de ce produit.

Ainsi, nous vous rappelons de ne pas utiliser ces masques.

➤ Masques MC9501



Certains clients ont toujours en leur possession les masques MC9501, qui ont fait l'objet d'un rappel en décembre 2020. Nous vous rappelons de ne pas utiliser ces masques.

Nous vous invitons à faire suivre cette information aux parties concernées.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l'unité COVID du CAG au covid.unite@cag.gouv.qc.ca.